**PRO RETRACT** CE **Manual de Instrucciones**
**Español**

Hilo retractor gingival

***"Solamente para uso Profesional"***

*"Lea con atención todas las informaciones de esta receta antes de utilizar el producto. Guárdela para consulta, como mínimo, hasta el total consumo del producto y/o hasta que no haya más interacción del mismo con su último paciente".*

## Descripción del Producto

Pro Retract es un hilo de retractor gingival confeccionado con fibras de algodón con alto poder de absorción, fibras únicas dispuestas paralelamente, garantizando también absorción por capilaridad. Después de tejidas, las fibras pasan por un proceso de suavisado, otorgando menor fricción junto al epitelio interno de la encía, promoviendo menor sangramiento. Los hilos retractores de algodón no impregnados con sustancias químicas, consisten de modo general, en la manera más segura y fácil de obtener retracción gingival temporaria. El hilo retractor, por sí solo, es seguro por el hecho de no alterar condiciones sistémicas y locales (recesión gingival), siendo cuestionable apenas en detrimento al mal uso en situaciones de presión exagerada en la colocación del hilo en el surco gingival y al tiempo de permanencia. Cabe al cirujano dentista utilizar el hilo de forma coherente, respetando los patrones de uso.

## Formas de Presentación:

Paquete: 1 frasco con 250cm

El producto es presentado en 06 espesuras diferentes para facilitar el procedimiento del profesional:

**Pro Retract 000 (**Ultra Extra Fino) – Color: Blanco con Negro

**Pro Retract 00** (Extra Fino) – Color: Amarillo con Negro

**Pro Retract 0** (Fino) **–** Color: Violeta con Negro

**Pro Retract 1** (Medio) – Color: Azul con Negro

**Pro Retract 2** (Grueso) – Color: Verde con Negro

**Pro Retract 3** (Extra Grueso) – Colora: Rojo con Negro

## Indicación y finalidad:

La maniobra de retracción gingival es un método físico de realizarse la retracción gingival apenas para retracción de encía saludable. Puede ser necesaria en situaciones tales como: en prótesis, en la realización de facetas indirectas de preparaciones protéticas y su refinamiento (bordes del término cervical), bien como en la impresión final tras preparación para que se obtengan modelos optimizados de perfecto asentamiento de la pieza protética. En el área de Operatória es útil en caso de

preparaciones subgingivales facilitando el acceso y visibilidad de los tejidos a los cuales estamos operando además de ayudar a prevenir daños en el tejido gingival.

Puede ser utilizado en los siguientes casos:

- *Fracturas de corona:* permite visualización adecuada del diente.

    - *Control de fluidos bucales*: tiene por finalidad eliminar o disminuir la humedad para la realización de los tratamientos dentales en condiciones asépticas y restaurar los dientes de acuerdo con las indicaciones del material. La utilización de Pro Retract visa controlar la humedad durante los procedimientos clínicos. Esta humedad puede ser proveniente de fluidos del surco gingival, saliva y sangramiento gingival.

    - *Retracción y acceso*: los detalles de los procedimientos restauradores son difícilmente controlados si no hay una retracción gingival apropiada y un alejamiento de las estructuras presentes en la cavidad bucal que permita el acceso al tratamiento.

    - *Molde de preparaciones protéticas*: Son utilizados los hilos retractores para facilitar la exposición de los márgenes cervicales de la preparación.

- *Lesiones Cervicales no Cariosas*: el hilo debe ser inserido antes de la preparación cavitaria.

El hilo debe permanecer cerca de 3 a 5 minutos para apartar los tejidos gingivales de manera satisfactoria.

**Composición básica**

100% Hilos de algodón trenzados.

**Instrucciones de Uso**

Seleccione y corte el hilo en el largo deseado para que pueda circundar la preparación. Determine el espesor deseado de acuerdo con el ancho y profundidad del surco.

La colocación del hilo debe ser realizada con la encía previamente seca con leve chorro de aire para una mejor eficacia y facilidad de inserción;

Circunde el hilo alrededor de la preparación, utilice un instrumento e inserte para dentro del surco gingival e inicie por palatino o proximal con la espátula inclinada en más o menos 45° y siempre presionando el hilo contra el diente durante la inserción;

Deje el hilo en el local de 3 a 5 minutos controlando visualmente el aspecto de alejamiento de la encía. La remoción o no del hilo antes de un moldaje depende de la técnica utilizada.

Nota: No recomendamos utilizar espátula serrillada. Puede lesionar el epitelio. Pueden ser utilizadas soluciones hemostáticas conjuntamente con el hilo, conforme la necesidad.

**Precauciones y Contraindicaciones**

- Solamente para uso odontológico.

- Manipular el producto de acuerdo con las instrucciones de uso.

- Controle el tiempo de aplicación y evite dejar el hilo en el interior del surco por tiempo mayor que el indicado.

- No se recomienda el uso de espátulas serrilladas para la inserción del hilo. Estas pueden lesionar el epitelio.

- No es recomendado para personas con sensibilidad al algodón.

**Advertencias**

Tiempos de permanencia excesivamente largos pueden causar retracción gingival.

No utilizar el producto si estuviera fuera del plazo de validad. Para descarte del producto siga la legislación de su país. No reutilizar el envase vacío. Mantener fuera del alcance de los niños. Después de su uso deseche el hilo retractor

**Conservación y Almacenaje**

Mantener el producto en su envase original siempre bien cerrado. Almacene el producto a temperaturas entre 15°C y 30°C. Proteger de la incidencia de luz solar directa.

**Fabricado por:**

DENTSCARE LTDA

Av. Edgar Nelson Meister, 474

Barrio Distrito Industrial

CEP 89219-501 – Joinville – SC

Autorización de Funcionamiento:

MS P5X44XY0XX28

CNPJ: 05.106.945/0001-06

INDUSTRIA BRASILEÑA

Responsable Técnico:

Friedrich Georg Mittelstadt

CRQ 13100147 – SC

Registro en ANVISA n° 80172310034

Marca: FGM Productos Odontológicos LTDA

EC REP **Cinterqual**

Av. Ressano Garcia,41 - 1º F

1070234 Lisboa Portugal

Fone: +351 21 3867321

*Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no se responsabiliza por mal uso del producto, o por manipulación incorrecta. Además de esto, el usuario está obligado a comprobar, antes de la utilización y bajo su entera responsabilidad, si este material es compatible con la utilización deseada, principalmente cuando ésta utilización no está indicada en las instrucciones de uso. Descripciones de datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por esto, no poseen cualquier vínculo.*

Rev.: 02